



МЕДКРЕДО

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фетальный монитор «Уникос» соответствует всем нормам и требованиям Российского законодательства и участвует в государственной программе по импортозамещению медицинского оборудования (приказ от 31 марта 2015 г. N 655).

УНИКОС

Фетальный монитор



МЕДКРЕДО

ООО «МЕДКРЕДО»

info@medkredo.ru

+7 (831) 235 03 75

www.medkredo.ru

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ 14 МАЯ 2018 ГОДА
№ ФСР 2011/11471




Эталонное качество
классического КТГ
мониторинга во время
беременности
и в родах

Фетальный монитор с антеннатальной (дородовой) программой расшифровки КТГ **УНИКОС-01**



Оценка состояния плода с 25 недели беременности



Автоматическая оценка состояния плода по показателю ПСП (4 уровня)



Учёт состояния ритма сна плода в момент исследования



Установление факта регистрации ЧСС с аорты женщины



Проведение исследования КТГ у двух женщин одновременно с одного прибора



Печать результатов на листе формата A4 или импорт исследования в формат PDF



Неограниченно долгое хранение большого объема информации в памяти прибора




! Стойка с ящиком, для хранения принадлежностей и принтер поставляются в комплекте с фетальным монитором.

Универсальный фетальный монитор с антеннатальной (дородовой) и интранатальной (родовой) программой расшифровки КТГ **УНИКОС-02**

Визуализация родового процесса через мониторинг цифровых и графических расчетных параметров КТГ



Интранатальная ПСП прогнозирует оценку состояния плода по шкале АПГАР для новорожденного



Расчет вероятности развития метаболического ацидоза, а также времени до этого события



Расчёт времени, необходимого для экстренного родоразрешения в случае возникновения острой гипоксии



Прогнозирование прибор производит на основе базы паттернов, собранных и проанализированных на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава РФ, а после загруженных в Уникальное программное обеспечение обработки информации, и все это для увеличения точности и достоверности проведенного исследования



Построение графиков расчётных параметров

